



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДУ „СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МОЗ УКРАЇНИ”

вул. Привокзальна, 27, м.Суми, 40022, тел./факс (0542) 25-05-34

Випробувальна лабораторія акредитована НААУ відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. Атестат акредитації за № 2Н627 дійсний до 10.01.2019 року

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора
М. М. Торгачов
„31” травня, 2018 року

РАДІАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ № 39

радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу

згідно з ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 „Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)”

Дата видачі: „31” травня 2018 року

Виданий: ТОВ „Науково-виробниче підприємство „УКРМАГНЕЗИТ”
40022, м. Суми, вул. Скрябіна, 7, тел. 787-564

Місце відбору: ТОВ „Науково-виробниче підприємство „УКРМАГНЕЗИТ”

Дата дослідження: 30.05.2018 року

Дозвіл на постачання споживачам продукції в таких обсягах та якості:

№ з/п	Номенклатура сировини та/або/ будматеріалів обов'язкового радіаційного контролю (ОРК) згідно з ДБН В.1.4.0-2.01-97	Обсяг використання в рік	Клас використання
1	2	3	4
491	Магnezитова плита	10 тис. шт.	I (перший)

Клас використання продукції визначається із застосуванням методу:

гамма – спектрометричного вимірювання ефективної питомої активності ПРН згідно НРБУ-97 по МИ 2143-91

Тип приладу: гамма – спектрометр СЕГ-05 зав. № 137

Дата проведення Держспівірки: Сертифікат калібрування UA 01 № 1609.

Дата калібрування 13.04.2018 року, дата видачі 16.04.2018 року.

ННЦ „Інститут метрології” м. Харків. Похибка вимірювання $\delta = \pm 25\%$ при $p=0,95$.

ВИСНОВОК: представлений на дослідження зразок **магnezитової плити** відноситься до I класу застосування за радіаційним фактором та може використовуватись згідно п. 8.5.1 (б) НРБУ-97 для всіх видів будівництва без обмежень.

Магnezитова плита безпечна по радіаційному фактору.

Завідувач радіологічної лабораторії

С.Г. Кузнецова

Результати випробувань стосуються тільки зразка, що пройшов випробування.

Тиражування та розповсюдження протоколу без дозволу випробувальної або вимірювальної лабораторії забороняється.